


Номер ТЗ	401F
Номер материала SAP	2291581

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»
 / И.В. Колубанов /
« 25 » 09 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ **на поставку медицинских препаратов (алкотестеров)** **для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2018 год**

1. Общие требования.

1.1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» производит закупку продукции медицинского назначения – алкотестеров (далее - продукция) для обеспечения рабочих мест на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 835н «О порядке проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров», писем: ПАО «Россети» от 29.01.2016 № БР/74/65 «О случаях смерти на рабочем месте от заболевания» и ПАО «МРСК Центра» от 11.02.2016 № ЦА/10/142 «Об усилении контроля за состоянием здоровья работников».

1.2. К поставке допускаются продукция отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- качество продукции должно соответствовать действующим ГОСТ, техническим условиям или иным документам, содержащим обязательные требования, предъявляемые к соответствующей продукции;
- продукция должна быть сертифицирована (Российская сертификация) и обеспечена гарантийными обязательствами;
- наличие паспорта продукции;
- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН, устанавливающим требования к качеству и безопасности продукции.

1.3. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения поставляемой продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р или ТУ.

1.4. Иные требования: покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемого по заключенному договору товара в силу целесообразности, направив поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объем аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

1.5. Нарушение требований технического задания является причиной отклонения участника конкурса на поставку продукции.

2. Требования к Поставщику.

2.1. Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции.

2.2. Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного товара (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

2.3. В случае альтернативного предложения по поставляемому товару, Поставщик выполняет корректировку и согласование документации в сроки, согласованные с Заказчиком, за свой счет без изменения стоимости поставляемого товара.

2.4. По всем видам поставляемых изделий медицинского назначения импортного и отечественного производства Поставщик должен предоставить документацию на русском языке. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России, других документов надлежащим образом подтверждающих качество и/или безопасность изделий (препаратов) медицинского назначения.

3. Предмет конкурса.

3.1. Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным техническим заданием и договором на центральный склад Заказчика – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

3.2. Доставка продукции осуществляется транспортом Поставщика.

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Общее количество, шт
Орелэнерго	Авто/ж/д	Центральный склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 9	30 календарных дней с момента заключения договора	15

4. Технические требования к продукции.

4.1. Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице:

№ п/п	Наименование параметров	Технические требования
1.	Алкотестер	Для проведения предсменных осмотров всего производственного персонала подразделений, занятого на работах с вредными и опасными условиями труда, включая оперативным и техническим обслуживанием, ремонтом, диагностикой и испытанием электроустановок, непосредственно осуществляющего деятельность по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений
1.1	Тип датчика	полупроводниковый
1.2	Продувание	с мундштуком
1.3	Индикация	4-х разрядный дисплей
1.4	Диапазон измерений	0,0 - 4,0 промилле
1.5	Очистка сенсора	25 сек.
1.6	Время установки показаний	2 сек.
1.7	Рабочая температура	от 0°С до 40°С
1.8	Питание	2 элемента питания (батарейки) АА
1.9	Комплектация	10 мундштуков, чехол, адаптер от прикуривателя

1.10	Число тестов без подзарядки	не менее 100
2.	Срок службы	не менее 5 лет активной эксплуатации
3.	Комплект поставки	полная готовность к работе
4.	Наличие документации изготовителя	паспорт, руководство (инструкция) по эксплуатации

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться на срок, определяемый для каждого вида изделия (препарата) медицинского назначения изготовителем продукции, но не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящая в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденному Заказчиком и согласованному с Поставщиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра».

7. Правила приемки продукции.

7.1. Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителем филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад Заказчика.

7.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8. Условия оплаты.

Оплата производится безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи и иных документов, предусмотренных договором.

Заместитель главного инженера –
начальник управления производственной
безопасности и производственного контроля



Швалева И.В.